



MSP-20-UM

マグネットロンスッター

全自动機能付き貴金属コーティング装置

- 電子顕微鏡試料に導電処理を施す為のコーティング装置です。
- マグネットロントラーゲット採用で、試料ダメージを最小限にします。
- 様々な用途に対応することを可能にする調整機能を装備。
- 条件出しの際の操作をより簡単にしたボタンレイアウト。
- 条件出し完了後はボタン1つでフルオート動作。
- 傾斜機構付き回転試料ステージをオプションで選択。回り込み性能良好。
- 雰囲気ガス導入付きで、2系統の排気システムを切り替えて最適条件に。
- アルゴンガス接続で、より高純度な貴金属膜をコーティング可能。
- インターロック・安全機構が充実した電子顕微鏡向けスッター装置。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

特徴・仕様

特徴

- ★ この装置は電子顕微鏡の試料に導電膜処理を施す装置です。
- ★ アルゴンガス等の導入・圧力調整機能を装備しています。膜純度の向上に活躍。
- ★ マニュアル・調整操作は右から左へ順にスイッチを押していくだけの使いやすいレイアウト。押し間違えても作動しない誤動作防止機能付きで、複数人の使用でも安心してお使いいただけます。
- ★ 調整・条件出し完了後は、中央のオートコントロール スイッチを押すだけ。
- ★ 排気速度と放電条件のバランスを重視して、2系統の排気管を自動制御。
- ★ 試料台は低イオンダメージのフローティング試料台を採用。(傾斜・回転ステージはオプション)
- ★ イオンダメージに弱いサンプル・熱ダメージに弱いサンプルにコーティングするため、ターゲットにマグネットロン方式を採用し、低電圧コート。
- ★ ターゲット金属板(Pt)を標準で付属。ご希望のターゲットに変更可能です。(但し、購入価格は一律となっております。ご了承下さい。)

仕様

No	項目	仕様
1	ターゲット	φ50mm マグネットロン方式
2	ターゲット金属(厚さ 0.1mm)	Pt(標準)、Au、Au-Pd、Pt-Pd、Pd、Ag(板厚 0.5mm)
3	印加電圧／電流	電圧DC 0～700V／電流 DC0～50mA
4	試料ステージ	標準: φ50mm フローティング方式 オプション: φ50mm 傾斜機構付き回転試料台
5	ターゲット-試料 間隔	40mm
6	搭載可能試料サイズ	標準: φ50mm、高さ 25mm 以内 傾斜・回転試料台使用時: (傾斜時) 直径 φ20mm、高さ 20mm 以内 (平面時) 直径 φ50mm、高さ 25mm 以内
7	チャンバーサイズ	内径 149mm×深さ 82mm
8	タイマー	OMRON 社製デジタルタイマー
9	排気系	外置き RP50ℓ/min 14.6kg
10	到達真空度	1(Pa) 以下
11	雰囲気ガス導入	1/4' スウェージロック接続、0.05MPa 以下使用。
12	安全対策	系統別フューズ、上蓋開放感知センサー
13	装置サイズ	本体 W354mm × D400mm × H350mm 17.8kg
14	電源	AC100V, 15A アース線付3芯プラグ使用3m

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。